



1618 София бул. Н.Петков № 86
Телефон: 855 50 57; Факс: 955 96 38

Лист 1 от всичко 2

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА № 4 / 15.02.2010 год.

**ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) при „НИСИ“ ЕООД**
ЛАБОРАТОРИЯ: „БЕТОНИ И АРМИРОВКИ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ“

Наименование на продукта: Уред за безразрушително изпитване на бетон склерометър “Шмидт” тип N, модел 58-CO181/N, сериен № 07011537

Производител: „CONTROLS” - Италия

Възложител : “СТОБЕТ” ЕООД
гр.София, ж.к. “Люлин”, бл.139
заявка от 15.02.2010 год.

Методи за проверка:

Методика на ИЦС № II-1 “Склерометър тип N/NR. Методика за метрологична проверка”;

БДС 3816-84 “Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск чрез повърхностна твърдост”

Дата на постъпване в ИЦС: вх. № 4 / 15.02.2010 г.

Количество на проверените проби: 1 бр. склерометър “Шмидт” тип N, модел 58-CO181/N, сериен № 07011537, представен от Възложителя

Дата на извършване на проверката: 15.02.2010 год.

Директор ИЦС:
(н.с.инж. Цв.Гюрова)

Резултатите се отнасят само за изпитаните проби. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на Изпитвателния център по строителство – ИЦС- НИСИ ЕООД.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА:

1. Регистриран отскок при проверката върху тарировъчния блок – 80.

- | | |
|--|---------|
| 2. Открити навивки | - бр. |
| 3. Дължина на втулката | - mm |
| 4. Дължина на тарировъчния болт | 11,9 mm |
| 5. Открити отвори на тарировъчната пружина | 0 бр. |

Забележка: До ново тариране на уреда капакът да не се отваря! В случай на ремонт уредът да се тарира отново.

Заклучение: УРЕДЪТ Е ГОДЕН ЗА РАБОТА.

Р-Л ЛАБОРАТОРИЯ „БАСМИ“:

/ст.н.с. инж. Сл. Петров/

ДИРЕКТОР ИЦС:

/н.с. инж. Цв. Гюрова/



Извършил проверката: Д.Павлов

